



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Secretaría de Gobierno de Salud
A.N.M.A.T.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE REVÁLIDA – PM CLASE I- II

Número de revisión: 00

Fecha de Vigencia de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o Reválida: 15/04/2019

Número de PM:

179-21

Nombre Descriptivo del producto:

Equipos para nutrición enteral

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

14-199 Tubos para alimentación

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

KOLER

Modelos (en caso de clase II y equipos):

SN-100

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

No Aplica

Indicación/es autorizada/s:

Para la administración de mezclas nutricionales en pacientes que poseen colocada una sonda de alimentación enteral.

Período de vida útil (si corresponde):

3 años.

Método de Esterilización (si corresponde):

Esterilizado por Óxido de Etileno.

Forma de presentación:

Unitario contenido en doble bolsa

Condición de venta:

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Nombre del fabricante:

DEPLAMED S.R.L.

Lugar/es de elaboración:

CALLE 127 N° 2673, SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

En nombre y representación de la firma DEPLAMED S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en los Anexos III.B y III.C del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004) y Disposición ANMAT N° 727/13.

CUMPLIMIENTO DE R.E.S.E. DISPOSICIÓN ANMAT N° 4306/99 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
Ensayo de Citotoxicidad / Punto 1	BIOLOGÍA APLICADA Protocolo N° 1905-	01/09/2014

	14	
Test de Reactividad Intercutánea en Conejos / Punto 1	BIO FUCAL SA Protocolo N° 3569/01/65/14	02/01/20 15
Sensibilización Dérmica / Punto 1	BIO FUCAL SA Protocolo N° 3569/01/54/14	02/01/20 15
Validación de Esterilización (Directrices para proporcionar un nivel de garantía de esterilidad de 10-6) / Punto 1 / Punto 8.4	STERILOX	09/2017
Control microbiológico de despiece y semielaborado / Punto 1	EDYAFE Protocolo N° 164250 y 164251	05/12/20 18
Test de Endotoxinas / Punto 1	EDYAFE Protocolo N° 164169	04/12/20 18
Reactividad biológica en conejos y ratones / Punto 1	EDYAFE Protocolo N° 164405 y 164404	10/12/20 18
Test de esterilidad / Punto 1 / Punto 8.4	EDYAFE Protocolo N° 164785	18/12/18
Curva de Desorción ETo / Punto 1	INTI Protocolo N° 17-4065	16/04/20 18
Envejecimiento Térmico Acelerado / Punto 4	INTI Protocolo N° 41-7124	18/12/20 18
Test de hermeticidad / Punto 4	INTI Protocolo N° 41-7124	18/12/20 18
Estudio de contaminantes en ambientes de trabajo / Punto 8.5	N° SL-1778 de Zwei ingenieria	16/02/20 18
Mediciones de ventilación en ambientes de trabajo / Punto 8.5	N° SL-1778 de Zwei ingenieria	16/02/20 18
Estudio de material particulado en área limpia / Punto 8.5	N° SL-1778 de Zwei ingenieria	16/02/20 18
Mapeo ambiental bacteriológico	Control N° 177	30/10/20 18

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 727/13, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 16 octubre 2019

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 727/13 y N°5706/17, quedando inscripta la reválida en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **DEPLAMED S.R.L.** bajo el número PM **179-21** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 16 octubre 2019 La cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de la vigencia de la inscripción inicial a través de la Declaración revisión 00, Disposición Autorizante o de sus sucesivas reválidas.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Dirección Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-002026-19-1